



suparule

Lorsdale Road
National Technology Park
Limerick, Ireland

Tel: +353 (0) 61 201030
Fax: +353 (0) 61 330812

Email: info@suparule.com
www: www.suparule.com

Piątek, 1 grudzień 2006

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Do tych, których to dotyczy,

Suparule Systems Ltd. oświadcza, że produkty wyszczególnione poniżej zostały sprawdzone pod kątem zgodności z procedurami oraz procesami systemu zapewnienia jakości ISO9000:2000. Stwierdzono, że spełniają one zaakceptowane w przemyśle standardy jakościowe. Produkty te zostały wyprodukowane oraz zbadane pod kątem zgodności z specyfikacją techniczną producenta, rysunkami technicznymi oraz odpowiednimi procedurami.

CHM190
CHM300
CHM300D
CHM300E
CHM300Li
CHM600
CHM600E
CHM2000
CHM2000E
RIC-2000
RIC-2000E
CHM6000
DT80

Produkty zostały przebadane i spełniają następujące normy kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z rozporządzeniem 89/336/EEC.

Emisje elektromagnetyczne

Rodzaj badania	Norma	Klasa	Wynik badania
Promieniowanie	EN 55022	B	Pozytywny

Odporność elektromagnetyczna

Rodzaj badania	Norma	Klasa	Wynik badania
Promieniowanie	EN 61000-4-3	A	Pozytywny
Odporność na wyładowania elektrostatyczne	EN 61000-4-2	B	Pozytywny

Wszystkie wyniki badań oraz dane dowodzące zgodność z normą zostały zarchiwizowane i są dostępne do wglądu.

Ja poniżej podpisany oświadczam, że powyżej wyszczególnione urządzenia spełniają wyspecyfikowane normy oraz rozporządzenia.

Philips O Dea
Engineering Manager
Suparule Systems Ltd.