



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Sekretariat - Centrala (+48)12 644 08 92
Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33

<http://www.aktzywizacja.com.pl>

wse@aktzywizacja.com.pl

WSKAŹNIK NISKIEGO NAPIĘCIA C.A. 762

C.A. 762 jest wskaźnikiem diodowym akustyczno-optycznym niskiego napięcia stałego i przemiennego. Sygnalizacja napięcia odbywa się za pomocą bargrafu (linijki diodowej). Wskaźnik wyposażony jest w szereg dodatkowych funkcji wymienionych poniżej:

Zakres napięcia	12 - 690 V AC 12 - 750 V DC
Zakres częstotliwości	DC, 16 2/3 - 800 Hz
Impedancja wejściowa	>400kΩ
Polaryzacja	tak
Test ciągłości	tak
Kierunek wirowania faz	Tak (metoda dwubiegunowa)
Ochrona IP	IP65
Klimatyka	-15°C ÷ +45°C 20% ÷ 95% RH
Zasilanie	2x AAA / LR3
Czas do wymiany baterii	Ok. 7000 pomiarów
Wymiary	163 x 64 x 40 mm
Masa	210 g



Dystrybucja: Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego **AKTYWIZACJA** Sp. Pracy.

Wydanie II – ważne od 1.2016